

**Anwendungsgebiete**

Zur Vermeidung von Haarausfall bei Chemotherapie.

**Produktbeschreibung**

Die Elasto-Gel Hypothermie Kappe besteht aus einem glyzerinbasierten Hydrogel, das auch in gefrorenem Zustand flexibel bleibt. Das Obermaterial ist aus wasserfestem, dehnbarem Gewebe. Das Kinnband sorgt für festen Sitz der Kappe.

**Gebrauchsanweisung**

1. Legen Sie die Kappe bei -18° bis -21° C in einer Plastiktüte für 12 Stunden in ein Tiefkühlfach.
2. Vor dem Anlegen der gekühlten Kappe sind folgende Vorbereitungen notwendig:
  - Befeuchten Sie die Haare des Patienten und bedecken Sie den Kopf anschließend mit einer Einweghaube (zwei Folienhauben befinden sich im Lieferumfang). Dadurch wird die Temperaturübertragung verbessert und eine schnellere Abkühlung der Kopfhaut erreicht.
  - Schützen Sie exponierte Stellen wie Stirn und Ohren mit Verbandwatte oder ähnlichem vor Erfrierungen.
3. Sorgen Sie für einen möglichst engen Kontakt zwischen Kühlkappe und Kopfhaut.  
Je nach Medikament wird folgende Tragedauer empfohlen:
  - gemäß FEC-Protokoll  
Kühlhaube bereits 15 Minuten vor der Injektion der Anthrazykline (50mg/m<sup>2</sup>) anziehen, Gesamttragedauer 1 Stunde.
  - gemäß Taxol-Protokoll  
Kühlkappe bereits 15 Minuten vor Therapiebeginn anziehen.  
Bei einer Infusionsdauer von 3 Stunden sind 5 Kühlkappen notwendig (Wechsel nach 45 min)
  - gemäß Taxotere-Protokoll  
Kühlkappe bereits 15 Minuten vor Therapiebeginn anziehen  
Bei einer Infusionsdauer von 1 Stunde sind 2 Kühlkappen notwendig (Wechsel nach 45 min)
4. Nehmen Sie die Kühlkappe frühestens 15 min nach Beendigung der Therapie wieder ab.

**Wichtige Hinweise**

Der Wechsel der Kühlkappe sollte so schnell wie möglich vonstatten gehen, um einen Vasodilatationsreflex (Erweiterung der Blutgefäße) zu vermeiden. Die Kühlkappe muss bei jeder Therapiesitzung getragen werden, da eine Unterbrechung ihre Wirkung beeinträchtigen könnte. Sorgen Sie stets für einen engen Kontakt zwischen Kappe und Kopfhaut; verwenden Sie zusätzliche Bandagen falls erforderlich.

Lassen Sie die Kühlkappe nach Gebrauch trocknen, bevor sie für den nächsten Einsatz wieder tiefgekühlt wird. Verwenden Sie zur Aufbewahrung den mitgelieferten Einsatz, damit die Kühlkappe ihre Form behält.

**Reinigungshinweise**

Wischen Sie die Kappe mit Seifenlauge ab, mit klarem Wasser nachwischen und abtrocknen. Tauchen Sie die Kappe niemals in Wasser.

**Gegenanzeigen**

Kälteintoleranz.

**Garantie**

Elasto-Gel Hypothermie Produkte haben eine Garantiezeit von 6 Monaten beginnend mit dem Erwerbsdatum.

**Vertrieb Deutschland**

velo medizinprodukte gmbh Lohweg 17 D-92369 Sengenthal - Reichertshofen  
Fon 09181/261412 Fax 09181/261413 [velo@medizinprodukte.com](mailto:velo@medizinprodukte.com) [www.velo-medizinprodukte.com](http://www.velo-medizinprodukte.com)



EU Authorized Representative:

M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW  
United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050